COPA MULTIDROGAS
DOA 10

Presentación
Caja x 25 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas

Nombre de la Prueba	Copa multidrogas cromatográfico rápido para la detección cualitativa de COC - THC - AMP - BZO - MOP (OPI) - BAR - ETG - KET - MDMA - TCA, con marcadores de adulterantes y temperatura
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 25 determinaciones
Formato	Vaso con panel multidrogas integrado, adulterantes y control de temperatura
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con conjugado droga-proteiiina, con conjugado de oro coloidal-anticuerpo
Parámetros de medicion	Composición 1: COC - THC - AMP - BZO - MOP (OPI) - BAR - ETG - KET - MDMA - TCA. Composición 2: COC - THC - AMP - BZO - BAR - MET - ETG - MTD - MOP - PCP.
Adulterantes	Oxidantes - densidad- Ph-nitrito-gluteraldehido-creatinina
Tiempo de resultado	5 minutos (para resultados negativos)
Muestra biológica	Orina
Punto de corte	De acuerdo a los establecido con la SAMHSA
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Compuestos relacionados	Reacción con compuestos relacionados para todos los parámetros medidos
Reacciones cruzadas	No presenta reactividad cruzada frente a ampicilina, acetaminofeno, aspirina, cafeína, dopamina, vitamina C, entre otros
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485, FDA, SAMHSA