MEDIDOR DE GLUCOSA EN SANGRE SINOCARE



Características Técnicas

Marca	Sinocare
Modelo	Safe AQ Max II
Descripción	Glucómetro Sinocare para la medición de glucosa en sangre
Uso	Diagnóstico in vitro
Presentación	1 analizador, dispositivo de punción, estuche para guardar el equipo
Rango de medición	20 - 600 mg/dL
Unidades de medida	mg/dL o mmol/L
Enzima	GDH-FAD
Metodología	Amperométrico (electroquímico)
Gama Hematocrito	10-70% (puede usarse en neonatales, mujeres embarazadas y grupo de anemia)
Temperatura para el funcionamiento	5-45°
Humedad para el funcionamiento	20-90%
Muestra biológica	Sangre entera capilar, venosa o arterial.
Volumen de muestra	1 ul
Tiempo de medición	5 segundos
Alerta	Advertencia de glucosa alta o baja, advertencia de cetona
Tipo de batería	2 pilas AAA
Duración de la batería	Aprox. 1000 resultados con indicador de batería baja
Eyector de tiras	Sí
Memoria	500 resultados
Marcadores de comidas	Sí
Autoapagado	Apagado automático tras 2 minutos
Pantalla	Digital, LCD
Certificaciones	CE, ISO:13485