PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE ALCOHOL EN SALIVA

Presentación
Caja x 40 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas

Nombre de la Prueba	Test rápido cromatografico para la detección cualitativa de alcohol en saliva
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 20 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con conjugado droga-proteína
Parámetros de medicion	Alcohol
Tiempo de resultado	4 minutos
Muestra biológica	Saliva
Punto de corte	De acuerdo a los establecido con la SAMHSA
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Compuestos relacionados	Alcoholes metílico, etílico y alílico.
Reacciones cruzadas	Presenta reactividad cruzada frente a peroxidasas, pirogalol, bilirrubina, ácido urico, tosilatos, ácido Abscórbico, ácido tántico, entre otros.
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manual-mente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485, FDA, SAMHSA