CIENTIFICA INCA

CATÁLOGO
PRODUCTOS



CELEREST SD BIOSENSOR Sinocare

Tel.:+51 980 480 049 / +51 966 371 313
E-mail: info@cientificainca.com.pe
Web: www.cientificaInca.com.pe
Dirección: Av. Comandante Espinar 560, Of.501,
Miraflores, Lima, Perú

ENVÍOS A TODO EL PAÍS

CIENTIFICA INCA

Sobre nosotros

En Científica Inca trabajamos cada día con un propósito claro: acercar soluciones de diagnóstico clínico de alta calidad a los laboratorios y centros de salud del Perú, ofreciendo productos confiables, tecnología innovadora y un servicio cercano que genera confianza.

Nuestra experiencia en el sector, el compromiso de nuestro equipo y nuestras alianzas con fabricantes internacionales de prestigio nos permiten brindar equipos, pruebas rápidas y reactivos que optimizan procesos, reducen costos y garantizan resultados precisos.

Creemos firmemente que la salud de las personas comienza con un diagnóstico oportuno y confiable, y esa convicción guía cada una de nuestras acciones.

Misión

Nuestra misión es ser su aliado en el diagnóstico humano, ofreciendo tecnología de vanguardia y calidad garantizada.

Visión

Ser líderes en diagnóstico clínico en Perú, ofreciendo soluciones innovadoras, accesibles y confiables que mejoren la salud de la población.

Política de Calidad

Nos caracterizamos por poseer personal técnico especializado en el funcionamiento y calidad de los test, brindando soluciones rápidas a las necesidades del cliente.

Líneas de productos IVD

- DIABETES
- MEDICINA DEPORTIVA
- CONTROL DE CALIDAD
- TEST RAPIDOS
- TOXICOLOGÍA
- HEMATOLOGÍA

Nuestras certificaciones

BPA GPS – Buenas Prácticas de Almacenamiento – Good Practice Storage

EPDT GPDT

SAMHSA – Substance Abuse and Mental Health Services Administration

Certificaciones de nuestros proveedores

FDA

CE

ISO !"#$%

ISO 9001:2015

CELEREST

PRUEBAS RÁPIDAS

Lectura visual
de **fácil interpretación**

Resultados rápidos
(lecturas entre
5 y 10 minutos)

Altos niveles
de **sensibilidad**
y especificidad

Test en **empaques**
individuales
con sello hermético

Certificación Europea
de calidad



Tel.:+51 980 480 049 / +51 966 371 313
E-mail: info@cientificainca.com.pe
Web: www.cientificaInca.com.pe
Dirección: Av. Comandante Espinar 560, Of.501,
Miraflores, Lima, Perú

ENVÍOS A TODO EL PAÍS

PRUEBA RÁPIDA DE CHLAMYDIA

Presentación
Caja x 20 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Test rápido para la detección cualitativa presuntiva de Chlamydia trachomatis
Uso	Uso de diagnostico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 20 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con anticuerpos monoclonales conjugado a partículas coloreadas
Tiempo de resultado	10 minutos
Muestra biológica	Hisopado Cervical femenino/ Hisopado uretral masculino/ orina masculino
Control	Incluye controles internos, Presenta línea de control de validación de la prueba
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485

PRUEBA RÁPIDA DE DENGUE IgG/IgM + NS1 Ag

Presentación
Caja x 40 determinaciones

Tipo de muestra




Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Test rápido para la detección y diferenciación simultánea cualitativa del antígeno NS1 del virus del dengue, Anti IgG, IgM.
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 40 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con antígenos recombinantes conjugado a partículas coloreadas
Tiempo de resultado	15 minutos
Muestra biológica	Suero/Plasma/Sangre total
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485

PRUEBA RÁPIDA DE HEPATITIS C

Presentación
Caja x 40 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Test rápido para la detección cualitativa de anticuerpos para CORE, NS3, NS4 Y NS5 de HCV
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 40 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con conjugado de Oro coloidal
Tiempo de resultado	10 minutos
Muestra biológica	Suero/Plasma/Sangre total venosa o capilar
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485

PRUEBA RÁPIDA DE HIV - 1 + O/2 TRILINE

Presentación
Caja x 40 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Test rápido para la detección cualitativa de anticuerpos para HIV-1, HIV-1 (O), HIV-2
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 40 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con antígenos recombinantes conjugado a partículas coloreadas
Tiempo de resultado	15 minutos
Muestra biológica	Suero/Plasma/Sangre total con EDTA o capilar
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Reacciones cruzadas	No presenta reactividad cruzada frente a embarazo y muestras de sífilis+
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485

PRUEBA RÁPIDA DE HIV AG/AB 4ta GENERACIÓN

Presentación
Caja x 40 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Test rápido para la detección cualitativa y presuntiva del antígeno P24 de HIV-1 y anticuerpos de HIV-1 y HIV-2
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 40 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con antígenos recombinantes conjugado a partículas coloreadas
Tiempo de resultado	15 minutos
Muestra biológica	Suero/Plasma/Sangre total
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Reacciones cruzadas	No presenta reactividad cruzada frente a embarazo y muestras de sifilis+
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485

PRUEBA RÁPIDA DE COVID-19

Presentación
Caja x 20 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Test rápido para la detección de antígenos virales de SARS-CoV-2 (COVID-19)
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 20 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con antígenos recombinantes conjugado a partículas coloreadas
Tiempo de resultado	15 minutos
Muestra biológica	Hisopado nasofaringeo o orofaringeo
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485

PRUEBA RÁPIDA DE DUO HIV - SIFILIS

Presentación
Caja x 40 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Test rapido para la deteccion cualitativa de anticuerpos para HIV-1, HIV-1 (O), HIV-2 y Treponema Pallidum
Uso	Uso de Diagnostico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 40 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografia con antigenos recombinantes conjugado a particulas coloreadas
Tiempo de resultado	15 minutos
Muestra biológica	Suero/Plasma/Sangre total con EDTA o capilar
Control	Presenta linea de control de validacion de la prueba
Almacenamiento	temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado hermeticamente con precinto de seguridad, aseptico, facil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No toxico, libre de pirogeno, hipoalergico
Certificaciones	CE, ISO:13485

PRUEBA RÁPIDA DE SIFILIS

Presentación
Caja x 50 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Test rápido para la detección cualitativa de anticuerpos contra Treponema pallidum
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 50 determinaciones
Formato	Tira reactiva con soporte
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con antígenos recombinantes conjugado a partículas coloreadas
Tiempo de resultado	10 minutos
Muestra biológica	Sangre total con EDTA / Suero / plasma
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Reacciones cruzadas	No presenta reactividad cruzada frente a embarazo y muestras de VIH+, Tuberculosis+, Dengue+, Rubeola+, entre otros
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485

PRUEBA RÁPIDA DE HEPATITIS B

Presentación
Caja x 40 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Test rápido para la detección cualitativa del antígeno de superficie de Hepatitis B
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 40 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con conjugado de Oro coloidal
Tiempo de resultado	15 minutos
Muestra biológica	Suero/Plasma/Sangre total venosa o capilar
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485

PRUEBA RÁPIDA DE HEPATITIS A

Presentación
Caja x 40 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Test rápido para la detección cualitativa de anticuerpos IgM de Hepatitis A
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 40 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con conjugado de Oro coloidal
Tiempo de resultado	15 minutos
Muestra biológica	Suero/Plasma/Sangre total venosa o capilar
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485

PRUEBA RÁPIDA DE SANGRE OCULTA EN HECES

Presentación
Caja x 25 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Test rápido para la detección cualitativa y presuntiva de hemoglobina humana en muestras fecales
Presentación	Caja x 25 determinaciones
Formato	Cassette y dispensador de muestra con dispositivo de con medio de colección para la obtención, conservación y transporte de la muestra
Metodología	Prueba de inmunocromatografía, base de oro coloidal
Tiempo de resultado	5 minutos
Muestra biológica	Heces
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Reacciones cruzadas	No presenta reactividad cruzada frente a la hemoglobina de algunos animales, ni interferencia frente a bilirrubina, ácido urico, aspirina, ácido ascórbico
Almacenamiento	Temperatura ambiente
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485

PRUEBA RÁPIDA DE HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO

Presentación
Caja x 25 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Test rápido para la detección cualitativa de antígenos de Helicobacter pylori en muestras fecales humanas
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 25 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía de anticuerpos con conjugado de partículas coloreadas
Tiempo de resultado	10 minutos
Muestra biológica	Heces
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485

PRUEBA RÁPIDA DUO ROTAVIRUS/ADENOVIRUS

Presentación
Caja x 25 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Test rápido para la detección cualitativa presuntiva de rotavirus y adenovirus en heces fecales
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 25 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con anticuerpos coloreados y conjugados de oro coloidal
Tiempo de resultado	10 minutos
Muestra biológica	Suero/Plasma/Sangre total
Materiales incluidos	Pipetas desechables, tubos de dilución de muestras con buffer
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485

PRUEBA RÁPIDA DE HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPO

Presentación
Caja x 40 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Test rápido para la detección cualitativa de anticuerpos IgG de Helicobacter pylori
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 40 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía de anticuerpos con conjugado de partículas coloreadas
Tiempo de resultado	10 minutos
Muestra biológica	Sangre total/ suero/ plasma
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485

PRUEBA RÁPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA

Presentación
Caja x 50 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Test rápido para la determinación cualitativa de la hormona gonadotrofina coriónica humana
Presentación	Caja x 50 determinaciones
Formato	Tira (empaque individual)
Metodología	Prueba de inmunocromatografía, conjugado de oro coloidal
Tiempo de resultado	5 minutos
Muestra biológica	Orina/suero
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Reacciones cruzadas	No presenta reactividad cruzada frente a antobioticos y/o anti-inflamatorios que haya tomado el paciente, ni frente a otras hormonas tales como LH, FSH Y TSH
Almacenamiento	Temperatura ambiente
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico y fácil de abrir manualmente
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485



Orina Sangre Saliva Heces

PANEL MULTIDROGAS DOA 2

Presentación
Caja x 25 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la prueba	Panel Multidrogas cromatográfico rápido para la detección cualitativa de COC - THC
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 25 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con conjugado droga-proteína
Parámetros de medición	COC - THC
Tiempo de resultado	5 minutos
Muestra biológica	Orina
Punto de corte	De acuerdo a los establecido con la SAMHSA
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Compuestos relacionados	Reacción con compuestos relacionados para todos los parámetros medidos
Reacciones cruzadas	No presenta reactividad cruzada frente a ampicilina, acetaminofeno, aspirina, cafeína, dopamina, vitamina C, entre otros
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485, FDA, SAMHSA

PANEL MULTIDROGAS DOA 2 PARA DOA READER

Presentación
Caja x 25 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la prueba	Panel multidrogas cromatográfico rápido para la detección cualitativa de COC - THC para analizador DOA READER
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 25 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con conjugado droga-proteína
Parámetros de medición	COC - THC
Tiempo de resultado	5 minutos
Muestra biológica	Orina
Punto de corte	De acuerdo a los establecido con la SAMHSA
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba con analizador DOA READER
Compuestos relacionados	Reacción con compuestos relacionados para todos los parámetros medidos
Reacciones cruzadas	No presenta reactividad cruzada frente a ampicilina, acetaminofeno, aspirina, cafeína, dopamina, vitamina C, entre otros
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE,ISO:13485, FDA, SAMHSA

PANEL MULTIDROGAS DOA 3

Presentación
Caja x 25 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la prueba	Panel multidrogas cromatográfico rápido para la detección cualitativa de COC-THC-MDMA
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 25 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con conjugado droga-proteína
Parámetros de medición	COC - THC - MDMA
Tiempo de resultado	5 minutos
Muestra biológica	Orina
Punto de corte	De acuerdo a los establecido con la SAMHSA
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Compuestos relacionados	Reacción con compuestos relacionados para todos los parámetros medidos
Reacciones cruzadas	No presenta reactividad cruzada frente a ampicilina, acetaminofeno, aspirina, cafeína, dopamina, vitamina C, entre otros
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485, FDA, SAMHSA

PANEL MULTIDROGAS DOA 5

Presentación
Caja x 25 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Panel multidrogas cromatográfico rápido para la detección cualitativa
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 25 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con conjugado droga-proteína, con conjugado de oro coloidal-anticuerpo
Parámetros de medición	Combinación 1: COC - THC - AMP - BZO - MOP (OPI) Combinación 2: COC - THC - AMP - BZO - MET
Tiempo de resultado	5 minutos
Muestra biológica	Orina
Punto de corte	De acuerdo a los establecido con la SAMHSA
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Compuestos relacionados	Reacción con compuestos relacionados para todos los parámetros medidos
Reacciones cruzadas	No presenta reactividad cruzada frente a ampicilina, acetaminofeno, aspirina, cafeína, dopamina, vitamina C, entre otros
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485, FDA, SAMHSA

PANEL MULTIDROGAS DOA 5 PARA DOA READER

Presentación
Caja x 25 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Panel multidrogas cromatográfico rápido para la detección cualitativa de COC - THC - AMP - BZO - MOP (OPI)
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional con analizador DOA READER
Presentación	Caja x 25 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con conjugado droga-proteína, con conjugado de oro coloidal-anti-cuerpo
Parámetros de medición	Combinación 1: COC - THC - AMP - BZO - MOP (OPI) Combinación 2: COC - THC - AMP - BZO - MET
Tiempo de resultado	5 minutos (para resultados negativos)
Muestra biológica	Orina
Punto de corte	De acuerdo a los establecido con la SAMHSA
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba con analizador DOA READER
Compuestos relacionados	Reacción con compuestos relacionados para todos los parámetros medidos
Reacciones cruzadas	No presenta reactividad cruzada frente a ampicilina, acetaminofeno, aspirina, cafeína, dopamina, vitamina C, entre otros
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485, FDA, SAMHSA

PANEL MULTIDROGAS DOA 5 (2) PARA DOA READER

Presentación
Caja x 25 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Panel multidrogas cromatográfico rápido para la detección cualitativa de BAR - ETG - KET - MDMA - TCA para analizador DOA READER
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional con analizador DOA READER
Presentación	Caja x 25 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con conjugado droga-proteína, con conjugado de oro coloidal-anticuerpo
Parámetros de medicion	BAR - ETG - KET - MDMA - TCA
Tiempo de resultado	5 minutos (3 min para resultados negativos)
Muestra biológica	Orina
Punto de corte	De acuerdo a los establecido con la SAMHSA
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba con analizador DOA READER
Compuestos relacionados	Reacción con compuestos relacionados para todos los parámetros medidos
Reacciones cruzadas	No presenta reactividad cruzada frente a ampicilina, acetaminofeno, aspirina, cafeína, dopamina, vitamina C, entre otros
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485, FDA, SAMHSA

PANEL MULTIDROGAS DOA 10

Presentación
Caja x 25 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Panel multidrogas cromatográfico rápido para la detección cualitativa
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 25 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con conjugado droga-proteína, con conjugado de oro coloidal-anticuerpo
Parámetros de medicion	Composición 1: COC - THC - AMP - BZO - MOP (OPI) - BAR - ETG - KET - MDMA - TCA. Composición 2: COC - THC - AMP - BZO - BAR - MET - ETG - MTD - MOP - PCP.
Tiempo de resultado	5 minutos (3 min para resultados negativos)
Muestra biológica	Orina
Punto de corte	De acuerdo a los establecido con la SAMHSA
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Compuestos relacionados	Reacción con compuestos relacionados para todos los parámetros medidos
Reacciones cruzadas	No presenta reactividad cruzada frente a ampicilina, acetaminofeno, aspirina, cafeina, dopamina, vitamina C, entre otros
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485, FDA, SAMHSA



Orina Sangre Saliva Heces

CIENTIFICA INCA

PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE COCAÍNA

Presentación
Caja x 40 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Test rápido cromatográfico para la detección cualitativa de Cocaína
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 40 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con conjugado droga-proteína
Parámetros de medicion	Cocaína y sus derivados
Tiempo de resultado	5 minutos
Muestra biológica	Orina
Punto de corte	De acuerdo a los establecido con la SAMHSA
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Compuestos relacionados	Reacción con compuestos relacionados para todos los parámetros medidos
Reacciones cruzadas	No presenta reactividad cruzada frente a ampicilina, acetaminofeno, aspirina, cafeína, dopamina, vitamina C, entre otros
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485, FDA, SAMHSA

PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCION DE MARIHUANA THC

Presentación
Caja x 40 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Test rápido cromatográfico para la detección cualitativa de Marihuana
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 40 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con conjugado droga-proteína
Parámetros de medición	Marihuana y sus derivados
Tiempo de resultado	5 minutos
Muestra biológica	Orina
Punto de corte	De acuerdo a los establecido con la SAMHSA
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Compuestos relacionados	Reacción con compuestos relacionados para todos los parámetros medidos
Reacciones cruzadas	No presenta reactividad cruzada frente a ampicilina, acetaminofeno, aspirina, cafeína, dopamina, vitamina C, entre otros
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485, FDA, SAMHSA

PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE ALCOHOL EN SALIVA

Presentación
Caja x 20 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Test rápido cromatografico para la detección cualitativa de alcohol en saliva
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 20 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con conjugado droga-proteína
Parámetros de medicion	Alcohol
Tiempo de resultado	4 minutos
Muestra biológica	Saliva
Punto de corte	De acuerdo a los establecido con la SAMHSA
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Compuestos relacionados	Alcoholes metílico, etílico y alílico.
Reacciones cruzadas	Presenta reactividad cruzada frente a peroxidasas, pirogalol, bilirrubina, ácido urico, tosilatos, ácido Abscórbico, ácido tántico, entre otros.
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485, FDA, SAMHSA

PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE MDMA - ÉXTASIS

Presentación
Caja x 40 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Test rápido cromatográfico para la detección cualitativa de MDMA
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 40 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con conjugado droga-proteína
Parámetros de medicion	MDMA Metilendioximetanfetamina - Éxtasis
Tiempo de resultado	5 minutos
Muestra biológica	Orina
Punto de corte	De acuerdo a los establecido con la SAMHSA
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Compuestos relacionados	Reacción con compuestos relacionados para todos los parámetros medidos
Reacciones cruzadas	No presenta reactividad cruzada frente a ampicilina, acetaminofeno, aspirina, cafeína, dopamina, vitamina C, entre otros
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485, FDA, SAMHSA

COPA MULTIDROGAS DOA 5

Presentación
Caja x 25 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Copa multidrogas cromatográfico rápido para la detección cualitativa de drogas con marcadores de adulterantes y temperatura
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 25 determinaciones
Formato	Vaso con panel multidrogas integrado, adulterantes y control de temperatura
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con conjugado droga-proteína, con conjugado de oro coloidal-anticuerpo.
Parámetros de medición	Combinación 1: COC - THC - AMP - BZO - MOP (OPI) Combinación 2: COC - THC - AMP - BZO - MET
Adulterantes	Oxidantes - densidad- Ph-nitrito-gluteraldehido-creatinina
Tiempo de resultado	5 minutos (para resultados negativos)
Muestra biológica	Orina
Punto de corte	De acuerdo a los establecido con la SAMHSA
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Compuestos relacionados	Reacción con compuestos relacionados para todos los parámetros medidos
Reacciones cruzadas	No presenta reactividad cruzada frente a ampicilina, acetaminofeno, aspirina, cafeína, dopamina, vitamina C, entre otros
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485, FDA, SAMHSA

COPA MULTIDROGAS DOA 10

Presentación
Caja x 25 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Copa multidrogas cromatográfico rápido para la detección cualitativa de drogas, con marcadores de adulterantes y temperatura
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 25 determinaciones
Formato	Vaso con panel multidrogas integrado, adulterantes y control de temperatura
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con conjugado droga-proteiiína, con conjugado de oro coloidal-anticuerpo
Parámetros de medicion	Composición 1: COC - THC - AMP - BZO - MOP (OPI) - BAR - ETG - KET - MDMA - TCA. Composición 2: COC - THC - AMP - BZO - BAR - MET - ETG - MTD - MOP - PCP.
Adulterantes	Oxidantes - densidad- Ph-nitrito-gluteraldehido-creatinina
Tiempo de resultado	5 minutos (para resultados negativos)
Muestra biológica	Orina
Punto de corte	De acuerdo a los establecido con la SAMHSA
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Compuestos relacionados	Reacción con compuestos relacionados para todos los parámetros medidos
Reacciones cruzadas	No presenta reactividad cruzada frente a ampicilina, acetaminofeno, aspirina, cafeína, dopamina, vitamina C, entre otros
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485, FDA, SAMHSA

TIRAS DE ORINA DE 11 PARÁMETROS

Presentación
Caja x 100 determinaciones

Tipo de muestra



Características Técnicas	
Nombre de la Prueba	Tiras reactivas para análisis químico de orina
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 100 determinaciones
Formato	Tira de 11 parámetros
Metodología	Prueba de análisis de orina cualitativos y semicuantitativos
Parámetros de medición	Leucocitos, nitritos, urobilinogeno, proteína, pH, sangre, gravedad especifica, ácido abscorbico, cetona, bilirrubina, glucosa, microalbumina
Muestra biológica	Orina
Tiempo de lectura	60 segundos
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque cerrado hermeticamente con precinto de seguridad, aseptico, facil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No toxico, libre de pirogeno, hipoalergico
Certificaciones	CE, ISO:13485



Orina Sangre Saliva Heces

CIENTIFICA INCA

Sinocare

SINOCARE



MEDIDOR DE GLUCOSA EN SANGRE SINOCARE

Características Técnicas	
Marca	Sinocare
Modelo	Safe AQ Max II
Descripción	Glucómetro Sinocare para la medición de glucosa en sangre
Uso	Diagnóstico in vitro
Presentación	1 analizador, dispositivo de punción, estuche para guardar el equipo
Rango de medición	20 - 600 mg/dL
Unidades de medida	mg/dL o mmol/L
Enzima	GDH-FAD
Metodología	Amperométrico (electroquímico)
Gama Hematocrito	10-70% (puede usarse en neonatales, mujeres embarazadas y grupo de anemia)
Temperatura para el funcionamiento	5-45°
Humedad para el funcionamiento	20-90%
Muestra biológica	Sangre entera capilar, venosa o arterial.
Volumen de muestra	1 ul
Tiempo de medición	5 segundos
Alerta	Advertencia de glucosa alta o baja, advertencia de cetona
Tipo de batería	2 pilas AAA
Duración de la batería	Aprox. 1000 resultados con indicador de batería baja
Eyector de tiras	Sí
Memoria	500 resultados
Marcadores de comidas	Sí
Autoapagado	Apagado automático tras 2 minutos
Pantalla	Digital, LCD
Certificaciones	CE, ISO:13485

Consumibles:
- Tiras de glucosa x 50 und



CIENTIFICA INCA



lIPIDOCARE

Sistema Poct de monitoreo de lípidos y glucosa en sangre

Especificaciones	
Diseño	Portátil de fácil manejo
Parámetros de medición	(TC, TG, HDL, LDL, LDL/HDL, non-HDL, Glucosa) en una sola lectura
Volumen de muestra	35 µl
Tiempo de lectura	3 minutos
Tipo de muestra	Capilar, venoso, arterial, suero, plasma.
Alarmas programables	De ayunas y postpandrial
Linealidad	Amplio rango para todos los parámetros

Consumibles:
- Tiras descartables de lípidos x 25 und
- Tiras de glucosa x 50 und



CELEREST



DOA READER 2000

Analizador portátil de última generación, diseñado para la detección cualitativa de drogas de abuso a través de muestras de orina.

Especificaciones	
Método de ensayo	Medición Óptica para lectura cualitativa de tiras reactivas de drogas de abuso
Tiempo de resultado	5 - 10 min
Tipo de muestras	Orina, Saliva, Sangre total
Capacidad de medición	Hasta 9 parámetros en una sola medición
Accesorios incorporados	Cámara trasera, cámara interna, batería interna e impresora térmica
Memoria interna	2 BG, ampliable con tarjeta SD
Coeficiente de variación	Menor al 5%
Descarga de datos/conexión	Descarga de resultados disponible para PC
Accesorios	Maletín rígido, cable USB, cable para carga, adaptador

Consumibles:
Pruebas rapidas toxicologicas



CIENTIFICA INCA



HEMOGLOBINÓMETRO

Especificaciones	
Pantalla	LCD a color
Volumen de muesta	7 µl
Tiempo de lectura	3 segundos, optimizando el tiempo de diagnostico
Resultados precisos y confiables	Con un coeficiente de variación ≤ 1.5 %
Batería incorporada recargable	De uso continuo sin depender de fuentes de energías externas
Diseño compacto y ligero	para facilitar su transporte y uso en cualquier lugar
Interfaz intuitiva	Permite su operatividad sin complicaciones
Gran Versatilidad	Adecuado para diferentes entornos clínicos, incluyendo consultorios, hospitales y unidades móviles
Cumplimiento normativo	Cumple con los estándares internacionales de calidad y seguridad para dispositivos médicos

Consumibles:
- Microcubetas descartables (Kit x 50 unidades)



CELEREST

LANCETAS

LANCETA ESTÉRIL CELEREST



Características Técnicas	
Marca	Celerest
Modelo	Twist Lancet - TBL-28
Uso	Con dispositivo de punción compatible
Utilidad	Obtención de muestra de sangre capilar
Tipo	Descartable de un solo uso
Presentación	Caja x 100 lancetas
Bioseguridad	Estéril por radiación Gamma
Material	Acero inoxidable con revestimiento de plástico
Calibre	28G
Usuario	Personal sanitario
Contraindicación	Ninguna

LANCETA RETRÁCTIL ESTÉRIL CELEREST



Características Técnicas	
Marca	Celerest
Modelo	Safety Lancet - SBL-23
Operatividad	Sistema con retracción automática y autobloqueo
Características	- Tapa protectora desenroscable - Con ajuste de profundidades - Con botón disparador
Profundidades	- 1.4mm - 1.8mm - 2.2mm
Calibre	23G
Utilidad	Obtención de muestra de sangre capilar
Tipo	Descartable de un solo uso
Presentación	Caja x 100 lancetas
Bioseguridad	Estéril por radiación Gamma
Material	Acero inoxidable con revestimiento de plástico
Usuario	Personal sanitario
Contraindicación	Ninguna



CIENTIFICA INCA

CELEREST SD BIOSENSOR Sinocare

Tel.:+51 980 480 049 / +51 966 371 313
E-mail: info@cientificainca.com.pe
Web: www.cientificaInca.com.pe
Dirección: Av. Comandante Espinar 560, Of.501, Miraflores, Lima, Perú